AED 소모품 교체시기 확인 방법

패드 교체시기

- ✓ 패드 포장지에 **유효기간이 표기**되어있습니다.
- ✓ 사용했거나 **유효기간(2년)**이 지난 패드는 새 패드로 교체바랍니다.

LOT RD241202A (제조년월)
2027-03-01 (유효기간)

★패드는 **밀봉**된 상태로 보관해야 하며,
AED를 사용할 때만 뜯어서 사용하세요.

P-701

P-503

P-303

배터리 교체시기

- ✓ 배터리에 **보증기한과 제조년월이 표기**되어 있습니다.
- ✓ 제조년월(혹은 장착일)로부터
  4년이 지난 경우 새 배터리로 교체바랍니다.

★**HR-701 Series**는 **5년**이 지난 경우 교체하시면 됩니다.

보증기한
26-06-01 ~
30-05-31

D22M 2026. 04
(제조년월)

RADIAN QBIO
08588 서울특별시 금천구 가산디지털2로 53, 한라시그마밸리 16층
A/S 고객센터 1670-1980 문의 메일 sales@radianqbio.com